

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：超音波膀胱容量測定儀

項次	品名及規格	數量	單位
	<p>品名：超音波膀胱容量測定儀</p> <p>規格</p> <p>電源供應：可充式鋰電池，電量顯示</p> <p>掃描時間：少於 5 秒</p> <p>超音波輸出參數：</p> <p>最大 ISPTA.3 強度 ： 0.0977 mW/cm²</p> <p>最大 ISPPA.3 強度 ： 8.06 W/cm²</p> <p>機械指數 ： 最大 0.268</p> <p>超音波探頭中心頻率 ： 最大 3.54 MHz</p> <p>掃描角度 ： 120 度掃描</p> <p>模式模式 ： V-mode (12 面，線性排列 B-mode 影像)</p> <p>重量 ： 少於 11oz (309 公克)</p> <p>顯示 ： 液晶</p> <p>測量範圍 ： 0-999ml</p> <p>準確度 ： ±15%, ±15ml</p> <p>環境條件 ： 溫度+10 至+40°C；溼度 30%至 75%，非凝結狀態</p> <p>配件：專用充電座 一個</p> <p style="padding-left: 20px;">校正工具組(含校正水箱及傳輸座) 一組</p> <p>(※允許投標廠商於投標文件內預先提出同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。)</p> <p style="text-align: center;">(本單不敷使用時，請自行影印加附)</p>	壹	組

本採購案是否有後續擴充 是，擴充期間 _____、金額或數量 _____。

否。

交貨期限： 簽約日起 60 日內。 民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日內。

合約生效日(決標日)起 _____ 日內。 收到信用狀日起 _____ 日內。

保固期限：自驗收合格之日起保固 2 年。

請購單位： 護理學系

請購單位主管簽章： 

請購人簽章： 許雅娟 1/2

聯絡電話： ext 2261 / 0975179695

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。