

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

113007050

十二導程中英文電腦分析心電圖儀

項次	品名及規格	數量	單位
	<p>規格： 繁體中文,英文介面 2.須採用中文圖形或人體介面圖，以利醫護人員操作 3. 8吋±5%全彩觸控式螢幕，12導程波形同步預覽 4.取樣率(Sample Rate)至少 8000 點/秒 5.可於內建螢幕預覽影像及確認影像品質，以利儲存、上傳或列印等動作。 6.具備 10 分鐘 disclosure 功能，在此模式中會呈現紀錄時間段內的完整波形，方便醫護人員長期監測病患狀況，並可將異常的區段擷取為 10 秒心電圖報告。 7.具多種列印模式，包括 4 x 2.5s + 1 Rhythm Lead、12 lead rhythm report、2 x 5s...等報告格式。 8.電極接觸不良或未連接時，會於螢幕狀態列中分別顯示 RA、LA、RL、LL、V1、V2、V3、V4、V6 來警告 9.內建記憶體和記憶卡可儲存≥500 筆病患心電圖報告，並可外加 USB 作額外儲存。 10.可充電式電池設計，於電池充滿後，至少可做 100 份 11.具備有線及無線傳輸功能，並提供 PDF、XML 等檔案輸出格式 12.支援 Bar-Code Reader 輸入病歷號或申請序號等病患資料 13.多種濾波功能，包含 EMG filter、base filter、AC filter，排除掉肌肉電訊號、呼吸造成基線飄移、交流電 雜訊等使波形清晰易判讀 14.心電圖列印紙張可使用熱感紙捲筒及 A4 整本熱感紙包裝</p> <p style="color: red;">各老品牌：韓、美、日製。</p>	1	組

本採購案是否有後續擴充 是，擴充期間 _____、金額或數量 _____。

否。

交貨期限： 簽約日起 _____ 日內。 民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日內。

合約生效日(決標日)起 60 日內。 收到信用狀日起 _____ 日內。

保固期限：自驗收合格之日起保固 1 年。

請購單位：

護理學系

請購單位主管簽章：

護理學系 張紀萍 主任

請購人簽章：

張惠君

聯絡電話：

2465-0983870678

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。