

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱： X 光機

項次	品 名 及 規 格	數 量	單 位
	<p>一、高頻控制方式</p> <p>(1) 高頻式數位 X 光機</p> <p>(2) 攝影管電壓: 40 ~ 150KV</p> <p>(3) 攝影管電流: 10 ~ 320mA</p> <p>(4) 攝影時間: 0.002 ~ 3.2sec</p> <p>二、地軌式管球支持架</p> <p>(1) X 光管球焦點到台面上下移動距離: 160 cm 以上</p> <p>(2) 支柱左右移動距離: 200 cm 以上</p> <p>(3) 支柱迴轉: ±90°</p> <p>(4) X 光管球焦點移至支柱中心點前後移動距離: 40cm 以上</p> <p>(5) 管球支持臂迴轉: ±180°</p> <p>三、X 光管球</p> <p>(1) 迴轉陽極 X 光管球</p> <p>(2) 最高使用管電壓: 125KV 以上</p> <p>(3) 管球焦點: 1.0 mm / 2.0 mm</p> <p>(4) 陽極熱容量: 140KHU 以上</p> <p>(5) 準直儀可旋轉: ±45 度</p> <p>四、立式攝影台</p> <p>(1) Bucky 裝置上下移動範圍: 120cm 以上</p> <p>(2) 中心點離地 40cm 以下</p> <p>五、臥式攝影台</p> <p>(1) 攝影台尺寸: 長 210cm x 寬 80cm 以上</p> <p>(2) 攝影台前後移動範圍: 90cm 以上</p> <p>(3) 攝影台左右移動範圍: 24cm 以上</p> <p>(4) Bucky 移動距離: 38cm 以上</p> <p>(5) 攝影台高度: 68cm 以上</p> <p>六、附帶條件</p> <p>(1) 舊機清運與辦理報廢等作業</p> <p>(2) 新機輻射測試及使用執照申請作業</p> <p>(※允許投標廠商於投標文件內預先提出同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。)</p> <p style="text-align: center;">(本單不敷使用時，請自行影印加附)</p>	1	式

本採購案是否有後續擴充 是，擴充期間_____、金額或數量_____。

否。

交貨期限： 簽約日起_____日內。 民國_____年_____月_____日內。

合約生效日(決標日)起 75 日內。 收到信用狀日起_____日內。

保固期限：自驗收合格之日起保固 1 年。

請購單位： 醫放系

請購單位主管簽章： 洪茂欽

請購人簽章： 洪茂欽

聯絡電話：12232

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。

1091030