

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：立式磨粉機

項次	品 名 及 規 格	數 量	單 位
立式磨粉機	*不接受大陸廠牌 1. 馬達與動力系統： 馬達功率為 2 HP，並須為連續運轉型工業級感應馬達。採直結式或皮帶減速結構之低轉速傳動設計。電壓規格為 AC 220V 或 380V（三相，需有電氣控制箱），60Hz。 2. 整台為 SU304 合金鋼製造（除馬達，傳動組建，電器開關），固定刀數量 2 把。迴轉刀數量 6 把。刀具型式為爪刀式排列設計，材質為高強度之 SU304 合金鋼。刀具須為可拆式結構。主軸為整支鋼製加工軸，不得為組裝拼接式軸心。 3. 進料口有效尺寸為 200 × 200 mm。 4. 須能穩定處理根莖類及纖維性藥材。 5. 機體為鋼製重型結構。底座須具防震設計。 6. 須為靜音式箱體結構設計。距離機台 1 公尺處測試，運轉噪音不得高於 80 dB。 7. 具安全護罩與緊急停止裝置。開蓋須具斷電安全保護機制。配置緊急停止裝置，確保異常時可即時停機。具備集塵或排氣設備，以降低粉塵危害及爆炸風險。4. 電氣系統應符合安全規範並具過載保護與接地設計，防止人員觸電。提供完整操作說明及安全標示。 8. 立式全封閉鋼製箱體設計、垂直進料、水平主軸剪切式結構，下方集中出料設計，不得為小型桌上型機種。 9. 須現場實測乾燥中藥材切角或磨粉作業。測試材料須為實際藥材（如芒草類）。 （※允許投標廠商於投標文件內預先提出同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。） （本單不敷使用時，請自行影印加附）	1	台

本採購案是否有後續擴充 ☐ 是，擴充期間_____、金額或數量_____。

☒ 否。

交貨期限：☐ 簽約日起_____日內。☐ 民國_____年_____月_____日內。

☒ 合約生效日（決標日）起 60 日內。☐ 收到信用狀日起_____日內。

保固期限：自驗收合格之日起保固 1 年。

請購單位： 藥用植物暨天然物中心

請購單位主管簽章： 林明遠

請購人簽章： 林明遠

聯絡電話： 8565301 ext. 11410

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符

號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。

1091030