

114008549

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：32 頻道腦電位生理監測系統 (eego sport 32) 升級案

項次	品 名 及 規 格	數 量	單 位
1	15.6 吋攜帶型商用筆記型電腦 (ASUS 商用系統或同等級) ● 作業系統：Microsoft Windows 11 專業版 (64 位元) ● 處理器：Intel Core i5 CPU (含) 以上 ● 記憶體：16 GB RAM (含) 以上 ● 儲存空間：1 TB SSD (含) 以上 ● 螢幕尺寸：15.6 吋 (※允許投標廠商於投標文件內預先提出同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。)	1	台
2	eego 腦電生理監測系統軟體升級 (Software Update) ● 廠牌：Eemagine (ANT Neuro) / 德國 ● 適用型號：eego sport 32 ● 功能：提供系統軟體版本更新，確保硬體與新作業系統之相容性與功能優化；觸發介面支援：必須完整支援 XS-230 觸發介面模組，並能透過 DB25 平行埠 (Parallel Port) 訊號線接收 Trigger 訊號，確保行為數據與腦波數據之時序同步精度。	1	套
3	ASA 腦波分析軟體安裝及移植服務 ● 將現有之 ASA (Advanced Source Analysis) 軟體重新安裝並授權移植至新購之筆記型電腦。 ● 包含軟體偵錯、驅動程式設定與硬體連線測試。升級後之軟體須支援與 E-Prime 行為實驗軟體同步收案。	1	件

本採購案是否有後續擴充 ☐ 是，擴充期間_____、金額或數量_____。
☐ 否。

交貨期限：☐ 簽約日起_____日內。☐ 民國_____年_____月_____日內。
☐ 合約生效日 (決標日) 起_____日內。☐ 收到信用狀日起_____日內。

保固期限：自驗收合格之日起保固_____年。

請購單位：醫學科學研究所

請購單位主管簽章：

劉怡均

請購人簽章：

梁凱琪

聯絡電話：12678

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。