

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：二氧化碳培養箱

項次	品 名 及 規 格	數 量	單位
	1. 容量：170L 2. 顯示螢幕：LED 顯示 3. 電源：100 - 127 V $\pm$ 10% , 50 - 60 Hz 4. 重量（不含附件）：105kg 5. 高溫消毒（HTD）：140 °C 6. 密封內玻璃門，無分門。 7. 溫度控制增量：± 0.1 °C 8. 溫度範圍：環境溫度 +4 °C 至 50 °C 9. 37 °C 時的溫度穩定性：± 0.1 °C 10. 溫度均一性：± 0.3 °C 11. CO2 範圍：0.1 - 20 % 12. CO2 控制增量：± 0.1 % 13. 5% CO2 時的 CO2 穩定性：± 0.1 % 14. CO2 均一性：± 0.1 % 15. 內部不銹鋼隔板數量：3 16. 資料匯出介面：可透過選配VisioNize® box達到數據傳輸記錄功能 17. 可堆疊放置 18. 外門和內門採用新型磁力門鎖設計，操作簡便 19. 通過 27 個位點上的多個溫度感測器驗證溫度（德國 DIN 12880 規範），通過四個獨立控制的加熱電路確保培養箱內溫度一致。 20. 快速溫度和 CO2 恢復，培養條件恢復所需時間少於 5 min，高級微處理器控制，不會過度調節。 21. 無風扇設計，保護細胞避免振動和湍流影響，可用空間增加 25 %。 22. 有效防止污染，140 °C 高溫消毒（HTD），無內部 HEPA。 23. 節省成本，沒有需要定期更換的內部備件（高效空氣篩檢程式、紫外燈等），HTD 後不會造成污染，處理和清潔的工作流程速度更快 24. 無縫培養室，易於清潔，並且可以快速拆裝，智慧培養架系統和創新的隔熱理念 25. 因空間需求，外門與內門的門把皆需在左邊，由左開至右。 可選配附件： 原廠帶腳輪底部框架。（※允許投標廠商於投標文件內預先提出同等	1	台

品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。）
(本單不敷使用時，請自行影印加附)

本採購案是否有後續擴充 ☐ 是，擴充期間_____、金額或數量_____。
☒ 否。

交貨期限：■簽約日起 90 日內。□民國_____年____月____日內。

□合約生效日(決標日)起_____日內。□收到信用狀日起_____日內。

保固期限：自驗收合格之日起保固 1 年。

請購單位：

護理學科

請購單位主管簽章：

護理學科 賴志嘉
主任

請購人簽章：

陳松鶴

聯絡電話：

0933-991690

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。

1091030