

114008575

## 慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：

## 無菌操作台 五台

| 項次 | 品名及規格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 數量 | 單位 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | <p><b>型號：3VF</b></p> <p>※結構：1.2mm 鐵板烤漆，內部操作範圍及前蓋板為 SUS304 不銹鋼材質</p> <p>※工作檯面：SUS304 不銹鋼材質貼合 6 分木心板補強，前後為不銹鋼衝孔網回風</p> <p>※玻璃拉門：5mm 厚透明強化玻璃或 6mm 厚安全膠合玻璃</p> <p>※清潔度：以微塵測試器 (Particle Counter) 於操作範圍內之任意點 (含前後上下左右) 測試，0.5micron 以上之塵粒數皆為零，符合聯邦 209E，最精密之等級標準</p> <p>※高效率過濾網：高效率過濾網以 D.O.P. 測試，過濾 0.3μ 以上之塵粒，效率高達 99.99% 以上，(HEPA Filter) 本體採陽級處理鋁框，且雙面具陽極處理鋁保護網，無木框受潮變形發霉之慮</p> <p>※預濾網：採用美國進口不織布吸濕材質，可過濾較大微塵，或鋁框顆粒活性炭，(Pre Filter) 可兼具吸附異味及除臭之功能，延長 HEPA 壽命</p> <p>※馬達風車：雙邊吸氣送風式，避震處理，震動小，噪音低 ※風速：三段速度可供調整</p> <p>※計時器：累計操作時間，作為濾網是否須更換之參考</p> <p>※電源：依客戶之需求配置 110V 電源</p> <p>※照明：日光燈與殺菌燈無法同時開啟，保障操作人員安全</p> <p>規格：</p> <p>外部尺寸 H*W*D(mm):2020*100*780</p> <p>內部尺寸 H*W*D((mm):580*870*590</p> <p>高效率過濾網:610*915*70*1 305*305*70*1</p> <p>初級過濾網:13.5*22.5*1 13.5*10.5*1</p> <p>照明(日光燈/殺菌燈):14W*2; 15W*1</p> <p>固定：操作台正上方使用角鋼與牆壁固定，最左側與右側使用角鋼與牙條將操作台與牆面固定，現場鑽孔將牙條與角鋼互鎖</p> <p>(※允許投標廠商於投標文件內預先提出同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。)</p> <p>(本單不敷使用時，請自行影印加附)</p> | 5  | 台  |

本採購案是否有後續擴充 ☐ 是，擴充期間\_\_\_\_\_、金額或數量\_\_\_\_\_。

☒ 否。

交貨期限：☒ 簽約日起 90 日內。☐ 民國\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日內。

☐ 合約生效日(決標日)起\_\_\_\_\_日內。☐ 收到信用狀日起\_\_\_\_\_日內。

保固期限：自驗收合格之日起保固 1 年。

請購單位：



請購人簽章：

藥學系劉晉宏  
主任

115.6.11

請購單位主管簽章：

藥學系劉晉宏  
主任

115.6.11

聯絡電話：

12050

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。

1091030