

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱： 杜卜勒血流假體：

項次	品 名 及 規 格	數 量	單 位
	杜卜勒血流假體： 1. 能有效針對超音波掃描儀和超音波探頭執行品質檢測。 2. 具備對 Doppler flow 及 B-Mode 兩種模式進行品質檢測。 3. 能檢測探頭頻率範圍至少包含 2-18MHz。 4. 至少有三組標的組可進行解析度分析。 5. 內含至少二組擬真血管，擬真血流聲速為 $1550 \pm 10 \text{ m/s}$。 6. 內含擬真囊腫標的，至少有三組不同大小的囊腫標的。 7. 內含至少一組不同灰階標的供檢測比對。 8. 內含不同深度與不同水平的標的，以利標準比對垂直與水平距離。 9. 調整 flow rate，模擬連續(constant)及脈衝式(pulsatile)血流。 (※允許投標廠商於投標文件內預先提出同等品之廠牌、價格及功能、 效益、標準或特性等相關資料，以供審查。) (本單不敷使用時，請自行影印加附)	1	台

本採購案是否有後續擴充 ☐ 是，擴充期間_____、金額或數量_____。

☐ 否。

交貨期限：■簽約日起 180 日內。☐ 民國_____年____月____日內。

☐ 合約生效日(決標日)起_____日內。☐ 收到信用狀日起_____日內。

保固期限：自驗收合格之日起保固 1 年。

請購單位：

醫放系

請購單位主管簽章：



請購人簽章：

李文禮

聯絡電話：

12233

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。