

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：連續非侵入式血壓監測系統

項次	品 名 及 規 格	數 量	單 位
	品名：連續非侵入式血壓監測系統 (Continuous non-invasive blood pressure Monitoring system) 規格： 1. 連續、非侵入式監測”逐次心跳”血壓（舒張壓、收縮壓、平均動脈壓和心率）。 2. 透過藍牙，將血壓資料無線傳輸至平板電腦。 3. 使用充氣至低壓的單一拋棄式指套捕獲測量結果--可長時間佩戴，不會出現手指不適或血液循環障礙的情況 4. 可匯出至 AcqKnowledge 研究軟體以進行擷取後分析 5. 具有板載顯示器的小巧型設備，動和手動校正模式。 6. 整合 PDF 報告生成和警報 System Components: 1. MRI-compatible VitalStream Continuous BP Monitor 2. Finger Cuff Transducers (x 2) 3. Tablet Computer 4. Automatic BP Calibration Unit (※允許投標廠商於投標文件內預先提出同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。) (本單不敷使用時，請自行影印加附)	1	組

本採購案是否有後續擴充 ☐ 是，擴充期間_____、金額或數量_____。

☒ 否。

交貨期限：☒ 簽約日起 90 日內。☐ 民國_____年____月____日內。

☐ 合約生效日(決標日)起_____日內。☐ 收到信用狀日起_____日內。

保固期限：自驗收合格之日起保固_____年。

請購單位：體育教學中心

請購單位主管簽章：

體育教學中心陳聰毅
主任

請購人簽章：

體育教學中心陳聰毅
主任

聯絡電話：0933158576 038565301 #11214

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。