

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

115060987

採購標的名稱：動態細胞培養系統

項次	品 名 及 規 格	數 量	單 位
1	主機： (1) 主機尺寸：120 × 200 × 88 mm ³ 。 (2) 位移重現精度：±0.1 mm (含) 或以下。 (3) 可搭配薄膜及 3D Scaffold 相關夾具，進行動態拉伸及壓縮培養實驗，依搭配夾具可同時進行最多 6 個樣品之實驗；另可選配 Biopsy 拉伸夾具，以進行組織或其他適用樣品之動態拉伸實驗。	1	套
2	控制器： (1) 控制器尺寸：250 × 320 × 155 mm ³ 。 (2) 拉伸位移範圍：0.1 - 5 mm。 (3) 壓縮位移範圍：0.1 - 5 mm。 (4) 單段作動時間設定範圍：0.1 - 10,800 秒。 (5) 具多種動態拉伸模式，可依不同實驗需求進行拉伸培養。 (6) 具多種動態壓縮模式，可依不同實驗需求進行壓縮培養。	1	套
3	薄膜拉伸夾具套組： (1) 具小片薄膜拉伸夾具 2 組，每組可搭載 3 片薄膜樣品。 (2) 具大片薄膜拉伸夾具 2 組，每組可搭載 2 片薄膜樣品。 (3) 可搭配主機進行薄膜樣品之動態拉伸培養實驗。	1	套
4	3D Scaffold 夾具套組： (1) 具 3D Scaffold 拉伸夾具 2 組，每組可搭載 3 個 Scaffold 樣品。 (2) 具 3D Scaffold 壓縮夾具 2 組，每組可搭載 3 個 Scaffold 樣品。 (3) 可搭配主機進行 3D Scaffold 樣品之動態拉伸及壓縮培養實驗。 (※允許投標廠商於投標文件內預先提出同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。) (本單不敷使用時，請自行影印加附)	1	套


本採購案是否有後續擴充 ☐ 是，擴充期間_____、金額或數量_____。
☒ 否。

交貨期限：☒ 簽約日起 45 日內。☐ 民國_____年____月____日內。
☐ 合約生效日(決標日)起_____日內。☐ 收到信用狀日起_____日內。

保固期限：自驗收合格之日起保固 1 年。

請購單位： 口材所

請購單位主管簽章：



口腔醫學材料
研究所所長 李彝邦

請購人簽章： 郭展延 

聯絡電話：

0932-738335

陳宗厚
9/4

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。